

5.3. Следует уделять особое внимание психологическим наклонностям посетителей комнаты. Людей, обладающих ярко выраженным темпераментом, следует размещать в некотором отдалении от драпировок и напольных конструкций.

5.4. Численность пациентов в комнате и время их пребывания там также определяется врачом-психологом. Общие рекомендации – не более 3 пациентов одновременно в течение 30 минут.

6. ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Техническое регламентное обслуживание элементов оборудования (если оно требуется в соответствии с инструкцией по эксплуатации) должно проводиться квалифицированным персоналом, допущенным к работе с электроустановками по 2-ой группе электробезопасности.

6.2. При обслуживании оборудование должно быть отключено от электросети здания.

6.3. Не менее 1 раза в год необходимо производить чистку поверхностей линз оптических приборов при помощи тампона из мягкой ткани, смоченной в этиловом спирте, с последующей протиркой сухим тампоном.

6.4. По мере необходимости (при испарении и снижении уровня воды) доливать аква-колонну дистиллированной водой.

6.5. Производить еженедельную очистку пластиковых поверхностей с использованием средства для антistатической обработки синтетических материалов типа «Лана» или аналогичного.

6.6. Производить в помещении еженедельную очистку коврового покрытия моющим пылесосом.

6.7. Еженедельно включать ионизатор воздуха на форсированный режим в течение одного часа (при форсированном режиме на лицевой поверхности прибора светятся зеленый и красный индикаторы). При этом пациенты в помещении находиться не должны.

6.8. Все остальные материалы, используемые для изготовления комплекта оборудования, подлежат санитарно-гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ Р 28546.

7. РЕГЛАМЕНТ СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Регламент предназначен для наиболее ответственных элементов оборудования сенсорной комнаты.

Применяемые сокращения:

ETO – ежедневный технический осмотр;

TO1 – технический осмотр, проводимый 1 раз в 6 месяцев;

TO2 – технический осмотр, проводимый 1 раз в год.